



Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji

Warszawa, dnia 23.10.2017 roku

CKiK - 2374-505/2017

Dotyczy: *Przetargu na dostawę urządzeń chłodniczych i mrożących dla CKiK MSWiA*
Ogłoszenie nr 602244-N-2017 z dnia 2017-10-16 r.

Odpowiedź na zapytania z dnia 23.10.2017 roku

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.) uprzejmie informujemy, iż w dniu 23.10.2017 r. wpłynęły do Zamawiającego następujące zapytania skierowane przez potencjalnego Wykonawcę:

Dotyczy pakiet nr 1 - chłodziarko – zamrażarka laboratoryjna:

1. Ad. 3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie z pojemnością użytkową dla chłodziarki 245l a całkowitą 255l?
2. Ad. 13. Czy Zamawiający wymaga, aby dokładność wyświetlacza była 0,1°C?
3. Ad. 15. Czy Zamawiający dopuści do postępowania urządzenie, w którym system odszraniania i odparowania skraplającej się wody w chłodzience odbywał się automatycznie a w zamrażarce manualnie?

Dotyczy pakiet nr 4 - Zamrażarka szokowa do osocza:

1. Ad. 3. - Czy Zamawiający wymaga aby zamrażarka miała możliwość automatycznego nastawu 2 różnych czasów mrożenia w zależności od objętości osocza (w przypadku ustalenia na podstawie walidacji różnego czasu mrożenia dla pojemników o objętości 200-300 ml i 600 ml)?
2. Pozostałe Warunki Ad. 6. Czy Zamawiający wymaga aby serwis:
 - 1) był Autoryzowany i zlokalizowany na terenie Polski
 - 2) posiadał urządzenia (z aktualnymi świadectwami wzorcowania nie starszymi niż 1 rok) umożliwiające naprawy oraz walidację zamrażarki oraz że Wykonawca zapewni serwis z uprawnieniami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881) – w przypadku urządzeń zawierających ponad 3 kg substancji szkodliwych dla warstwy ozonowej oraz niektórych fluorowanych gazów cieplarnianych wymagane jest posiadanie certyfikatu dla personelu, o którym mowa w art. 20 cyt. Ustawy?
3. Zgodnie z pkt 17 Wykonawca dostarczy wszelkie niezbędne urządzenia do uruchomienia transmisji danych (np. komputer stacjonarny z monitorem lub laptop). Czy Zamawiający wymaga, aby złożona oferta zawierała także koszt uruchomienia przesyłu danych do KRDK?

Odpowiedzi Zamawiającego są następujące:

Dotyczy pakiet nr 1 - chłodziarko - zamrażarka laboratoryjna:

Ad. 1) Zamawiający dopuszcza, aby część chłodząca w chłodziarko-zamrażarce była nie mniejsza niż 240 litrów czyli dopuszczamy urządzenie o pojemności części chłodzącej wynoszącej 245 l.

Ad. 2) Zgodnie z zapisem w SIWS, Zamawiający wymaga, aby dokładność wyświetlacza aktualnej temperatury była nie większa niż 1 °C, czyli dokładność na poziomie 0,1 °C jest przez Zamawiającego akceptowalna.

Ad. 3) Zamawiający dopuszcza, aby system odszraniania i odparowania skraplającej się wody w chłodziarce odbywał się automatycznie, a w zamrażarce manualnie.

Dotyczy pakiet nr 4 - Zamrażarka szokowa do osocza:

Ad 1) Tak, Zamawiający wymaga aby zamrażarka miała możliwość automatycznego nastawu 2 różnych czasów mrożenia w zależności od objętości osocza (w przypadku ustalenia na podstawie walidacji różnego czasu mrożenia dla pojemników o objętości 200-300 ml i 600 ml).

Ad 2)

1) Tak, Zamawiający wymaga żeby autoryzowany serwis był zlokalizowany na terenie Polski.

2) Tak, Zamawiający wymaga, żeby serwis posiadał urządzenia do walidacji oraz naprawy z aktualnymi świadectwami wzorcowania nie starszymi niż 1 rok oraz wymaga od Wykonawcy zapewnienia serwisu z uprawnieniami wymaganymi przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881).

Ad. 3) Intencją Zamawiającego było, aby złożona oferta zawierała także koszt uruchomienia przesyłu danych do KRDK, jeżeli zaoferowane urządzenie (-a) wymaga takiego podłączenia. Zamawiający bierze pod uwagę okoliczność, że potencjalni Wykonawcy mogą zaoferować urządzenia które były już podłączane do systemu KRDK, a zatem ich podłączenie do systemu KRDK w CKiK MSWiA nie będzie się wiązało z poniesieniem dodatkowego kosztu i w takim przypadku oferta może obejmować wyłącznie oferowaną cenę urządzenia.

DYREKTOR
CENTRUM KRWIOTAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Beata Uszyńska-Kaluza