



Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych

Warszawa, dnia 29 maja 2019 r.

Dot.: Przetargu nieograniczonego na dostawę produktów do pobierania, przechowywania i preparatyki krwi dla Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z siedzibą w Warszawie.

Dotyczy: Ogłoszenie w BZP nr 544724-N-2019 z dnia 2019-05-08 r.

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty przez Zamawiającego

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA z siedzibą w Warszawie informuje, iż została podjęta decyzja o odrzuceniu oferty firmy Terumo BCT Polska Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2018.1986 t. j. z dnia 2018.10.16), ponieważ zaoferowany przez powyższego Oferenta przedmiot zamówienia w zakresie Pakietu 1 oraz Pakietu nr 3 nie spełnia wszystkich warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia („SIWZ”) dla produktów objętych powyższymi pakietami.

Uzasadnienie

W trakcie czynności przeprowadzanych w ramach oceny jakości zaoferowanych produktów pracownicy Zamawiającego stwierdzili, że produkty objęte Pakietem nr 1 oraz nr 3 nie spełniają wszystkich wymagań zawartych w SIWZ.

I tak w odniesieniu do Pakietu nr 1 w pkt. 3.1.2 SIWZ zawarto następujący opis jednej z cech przedmiotu zamówienia: „Budowa: pusty pojemnik z dołączonym drenem z rozgałęzieniami drenów umożliwiającymi podłączenie 5 donacji kożuszka leukocytarno - płytkowego i osocza + wbudowany filtr in line typu „soft” z miękką obudową dający możliwość bezpiecznego wirowania w wirówce + pusty pojemnik odbiorczy o pojemności 1300 ml na przefiltrowany składnik do co najmniej 5 dniowego przechowywania”

W trakcie badania dołączonych do oferty produktów okazało się, że pusty pojemnik odbiorczy zamiast wymaganej pojemności 1300 ml ma pojemność 1000 ml. Zatem nie posiada wyżej opisanej cechy wymaganej przez Zamawiającego zgodnie z pkt. 3.1.2.

Natomiast w odniesieniu do Pakietu nr 3 w pkt. 3.3.3. ppkt. q w odniesieniu do objętych tym pakietem produktów określono w SIWZ m.in. następujące wymaganie: „Pojemnik macierzysty u wyjścia drenu prowadzącego do górnego pojemnika pustego na osocze, pojemnik dolny na KKCz u wyjścia drenu łączącego go z pojemnikiem macierzystym i pojemnik na UKKCz/RW muszą mieć kominy przystosowane do systemu automatycznego otwierania króćców (Compoflow), który znajduje się w prasach Compomat G5 i G5 Plus, będących na wyposażeniu Zamawiającego.”

W tym przypadku także w trakcie badania dołączonych przez Terumo BCT Polska Sp. z o.o. do oferty pojemników okazało się, że zaoferowany produkt nie posiada komina przystosowanego do systemu automatycznego otwierania króćców (Compoflow), który znajduje się w prasach Compomat G5 i G5 Plus, a więc nie spełnia warunku określonego w SIWZ.

Ze względu na wyżej opisane okoliczności należało uznać, że treść złożonej przez Terumo BCT Polska Sp. z o.o. oferty ze względu na nie spełnienie przez zaoferowane produkty wszystkich warunków z SIWZ, nie odpowiada treści SIWZ, co w konsekwencji doprowadziło do odrzucenia oferty w/w firmy.

Dyrektor CKiK MSWiA

DYREKTOR
CENTRUM KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
Beata Uszynska-Kaluza