


Thermo
ELECTRON CORPORATION

CQCS (KR4i-KR25i-KR4.22)

Centrifugation Quality Control System



User Manual

Manual N° : 89002569-c

Warszawa dn.07.06.2021

Grażyna Buczkowska

Kierownik Działu Preparatyki

CKiK MSWiA

OŚWIADCZENIE.

Wirówka KR 4i wyłączona z eksploatacji z powodu przekroczenia dopuszczalnego czasu pracy rotora wirówki i braku możliwości zakupu rotora.

Wirówka była używana od 2006 roku .Została wyłączona z użytkowania w roku 2021

KIEROWNIK
DZIAŁU PREPARATYKI
Centrum Kwalifikowania i Kwalifikowania MSWiA
Grażyna
Grażyna Buczkowska
Buczkowska

BMS

WOJCIECH BIAŁOWĄS

02-793 WARSZAWA

UL. MAŁEJ ŁAKI 78/13

NIP: 951-100-17-03

E-MAIL: JBIALOWAS@GO2.PL

TEL.: 665-787-321

PROTOKÓŁ PRZEGLĄDU/NAPRAWY nr: 72/27

Urządzenie: KR 9 i

Producent: Jovan

Nr fabryczny: 306 090400

Opis naprawy:

Przebieg: Przekazywanie
deputatu, wchodzenie
do statku

Części:

Robocizna:

Dojazd:

Razem:

Wykonał:

Użytkownik:

SERWIS TECHNICZNY
mgr inż. Janusz Białowas

09.06.2021